

شماره: ۵/۶۶۴/۸۳۴۴۱
تاریخ: ۱۳۹۴/۱۲/۱۸
پیوست: ندارد



۱۵-الصاق مشخصات شرکت شارژکننده گازهای طبی، نوع گاز، نوع سیلندر و تاریخ شارژ سیلندر توسط شرکت شارژکننده گازهای طبی.
۱۶- نظارت بر تامین، بازرسی و نگهداشت سیلندرهایی گازهای طبی توسط کارشناسان مرتبط
۱۷- جلوگیری از هرگونه دخالت افراد یا پرسنل و کارگران که آموزش کار با گازهای طبی را نگذرانده باشند.
۱۸- افراد دخیل در امور گازهای طبی، آموزش های لازم در این زمینه را گذرانده باشند.
۱۹- برگزاری دوره های آموزشی گازهای طبی جهت پرسنل و خدمه شاغل در زنجیره تامین و کاربری سیلندرهایی گازهای طبی و صدور گواهی آموزشی مدون برای ایشان
۲۰- پیشنهاد می گردد در بخش تاسیسات مراکز درمانی در هر شیفت یک نفر مسئول با مدرک حداقل کارشناس (تاسیسات یا مهندس برق یا مهندس مکانیک و یا رشته های فنی مرتبط) حضور داشته باشد.
۲۱- سایر ملزومات مصرفی دستگاه بیهوشی از جمله مدارهای تنفسی و سنسور اکسیژن نیز صرفاً از شرکت های مورد تایید اداره کل تجهیزات پزشکی تهیه گردد. وجود سنسور اکسیژن در دستگاه های بیهوشی و ونتیلاتور الزامی بوده و مدل سنسور مورد استفاده می بایست مورد تایید و سازگار با دستگاه باشد.
۲۲- اجرای اقدامات نگهداری پیشگیرانه و سرویس های دوره ای در دستگاه های پزشکی حیاتی نظیر ماشین بیهوشی ضروریست.

۲۳- لیست برخی استانداردهای مرتبط با گازهای طبی موجود در سایت سازمان ملی استاندارد به آدرس Isisi.org

۱-۲۳- استاندارد ملی ایران ۳۰۴ سال ۱۳۷۵

۲-۲۳- استاندارد ملی ایران ۶۷۹۲ سیلندهای گاز

۳-۲۳- استاندارد ملی ایران ۱۲۸۶۴ سیلندهای گاز

۴-۲۳- استاندارد ملی ایران ۱۴۶۵۵-۱ سیلندهای گاز

۵-۲۳- استاندارد ملی ایران ۱۴۶۵۵-۲ سیلندهای گاز)


سید حسین حسینی
مدیر کل نظارت و ارزیابی تجهیزات و ملزومات پزشکی

www.fda.gov.ir
www.imed.ir

تهران، خیابان انقلاب-بعد چهارراه ولیعصر-نرسیده به چهارراه کالج-نیش خیابان خارک-پلاک ۲۹ اداره کل نظارت و ارزیابی تجهیزات و ملزومات پزشکی
تلفن ۶۳۴۲۰ نمابر ۴۲۷۶۳ کد پستی ۱۴۱۵۸۳۵۳۷۱