

تاریخ بازنگری: ۱۴۰۴/۰۳	چک لیست ارزیابی بالینی فرآیند کنترل تجهیزات ترالی کد و بخش ارزیابی شونده: سه ماهه:	 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی البرز معاونت درمان - مدیریت پرستاری
تاریخ ابلاغ: ۱۴۰۴/۰۳		
تاریخ بازنگری مجدد: ۱۴۰۵/۰۳		

ردیف	عناوین	تاریخ ارزیابی	اول	دوم	سوم	چهارم	پنجم
۱	از آخرین دستورالعمل ابلاغی و تغییرات ایجاد شده در خصوص ترالی اورژانس آگاه است.						
۲	ترالی اورژانس را در ابتدای شیفت کنترل و کمبودهای آن جبران می کند و در صورت عدم جبران، به سرپرستار یا مسئول شیفت اطلاع رسانی لازم را انجام می دهد.						
۳	صحت عملکرد دستگاه الکتروشوک را در ابتدای شیفت بررسی و استریپ مربوط به آن را در دفتر مربوطه الصاق می کند.						
۴	نحوه کنترل صحت عملکرد دستگاه الکتروشوک و کار با آن را می داند.						
۵	به تاریخ کالیبراسیون دستگاه الکتروشوک توجه دارد.						
۶	از وجود و الصاق دستورالعمل نحوه کار با دستگاه الکتروشوک و نکات ایمنی مربوط به آن آگاه است.						
۷	از وجود تخته ماساژ و موارد کاربرد آن آگاهی کامل دارد.						
۸	به دستورالعمل لیبل گذاری صحیح داروهای ترالی کد آگاه است (داروهای پرخطر با لیبل قرمز بر روی بدنه قفسه، داروهای دوازدهگانه با لیبل و برچسب قرمز، داروهای مشابه با لیبل و برچسب زرد رنگ و داروهای یخچالی با لیبل و برچسب آبی رنگ به ترتیب بر روی بدنه قفسه دارو و سر پوکه دارویی مشخص می گردد).						
۹	به تفاوت داروهای پرخطر و دوازدهگانه آگاه است.						
۱۰	به برچسب گذاری صحیح داروها از مبدا (داروخانه) توجه دارد و در صورت عدم برچسب گذاری توسط واحد انبار دارویی بیمارستان، موارد را جهت پیگیری و رفع نواقص به سرپرستار اطلاع می دهد.						
۱۱	تاریخ انقضاء اقلام دارویی ترالی کد را طبق جدول تنظیم شده و در موعد مقرر کنترل و ثبت می کند و داروهای دارای تاریخ نزدیک را مشخص می کند (در چک لیست، داروهای دارای تاریخ انقضای کمتر از یک ماه را با رنگ قرمز و کمتر از ۶ ماه را با رنگ سبز مشخص می کند)						
۱۲	از نحوه کنترل صحت عملکرد آمبوبگ و لارنگوسکوپ آگاه است و در ابتدای شیفت با دقت این موارد را کنترل می کند.						
۱۳	پیش از کنترل لارنگوسکوپ از محلول ضدعفونی کننده دست استفاده می کند.						
۱۴	در ترالی کد دارو یا تجهیزات اضافه قرار نمی دهد.						
۱۵	صحت عملکرد دستگاههای ساکشن را در ابتدای شیفت کنترل کرده و در صورت وجود مشکل، موارد را به مسئول شیفت یا رده های بالاتر اطلاع رسانی می کند.						
۱۶	به ظاهر مرتب و تمیز باتل های ساکشن توجه دارد و در زمان تحویل و تحول به این موضوع دقت می کند.						
۱۷	صحت عملکرد گازهای طبی و فشار اکسیژن سانترال را در هر شیفت کنترل کرده و مشکلات موجود جهت رفع نواقص را به رده های بالاتر اطلاع می دهد.						
۱۸	به کنترل صحت عملکرد تجهیزات جانبی (کپسول های اکسیژن، هندریل، کمر بند ویلچر و برانکارد، زنگ های اخبار و ...) توسط کمک پرستار بخش توجه داشته و مشکلات مشاهده شده را جهت رفع نواقص به سرپرستار یا مسئول شیفت اطلاع می دهد.						
امتیاز چک لیست: ۷۲		جمع امتیازات					
		درصد مکتسبه					

۱۰۰=۴-۹۱٪

۹۰=۳-۷۶٪

۷۵=۲-۵۱٪

۵۰=۱-۲۶٪

۲۵<=۰: امتیازدهی

امضای سرپرستار/ مسئول شیفت	امضای ارزیاب	موارد نیازمند ارتقا	
			ارزیابی اول
			ارزیابی دوم
			ارزیابی سوم
			ارزیابی چهارم
			ارزیابی پنجم

منابع:

کتاب چک لیست روش های پرستاری بالینی / چاپ سوم / ۱۳۹۴
استانداردهای ابلاغی وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی
سنجه های اعتباربخشی نسل چهارم